

产品名称 重组 C 因子内毒素检测试剂盒
 产品货号 RAF-01
 产品批号 RF010240902
 储藏温度 2~8°C冰袋运输, 2~8°C储存。

参数	合格标准	实际结果
重悬内毒素工作标准品为 20EU/mL 需加无热原水体积	以标定结果确定	5mL
线性标准曲线: $\log(\Delta RFU) = A * \log(\text{内毒素浓度 EU/mL}) + B$		
-线性相关 (r)	>0.980	合格
-斜率 A	0.8-1.1	合格
孔间 CV (%)	≤20	合格
5EU/mL 孔 ΔRFU	40000~80000	合格
与上一批次产品 5EU/mL 孔 ΔRFU 差异 (%)	≤25	合格
阴性对照孔 ΔRFU	<600	合格
0.005EU/mL 孔 ΔRFU	>10	合格
参考样品内毒素加标回收率 (%)	50~200	合格
生产日期		2024 年 09 月
有效日期		2025 年 07 月



联系方式: 电 话 0512-87663137
 销售邮箱 sales@rhinobio.com
 官方网址 www.rhinobio.com

上海瑞诺生物科技有限公司
 苏州工业园区苏州纳米生物科技园 B6 栋